

8.161(中)印(外)

111

### 合同订立流转单

协议名称	消化超声小探头购置项目		
协议编号	外招设备 20233035	承办部门	医学装备部
协议主要事宜	消化超声小探头购置		
合同文本资料	附后		
医学装备部	负责人: 李洁 2023年9月5日		
招标办	负责人: 李斌 2023年9月5日		
审计室	负责人: 孙小平 2023年9月5日		
医务科	负责人: 李源 2023年9月5日		
分管院领导	签字: [Signature] 年 月 日		
院长	签字: [Signature] 年 月 日		
印章保管人	保管人: 年 月 日		

- 说明: 1. 承办部门涉及合同的订立事宜应使用该合同订立流转单(变更、解除、作废等参照执行);  
 2. 承办部门负责人、监察室、招标办及审计室负责人、分管院领导等根据各自权限审核、签字;  
 3. 医院印章保管人依据合同签署人及合同订立流转单的签字情况用印;  
 4. 合同原件及合同订立流转单由院长办公室负责归档, 有关人员签字的合同草稿及有关资料由合同承办部门负责归档。

# 新乡医学院第一附属医院签订合同 法制审核意见单

合同名称	合同书 合同编号：内招(设备)20233035		
合同相对方	沃复实业（上海）有限公司		
经办部门	医学装备部	联系人/方式	胡亚航
合同主要内容	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 设备质量要求</li> <li>2. 履行地点及工程进度</li> <li>3. 应交付内容</li> <li>4. 验收</li> <li>5. 培训售后服务</li> <li>6. 付款方式及期限</li> <li>7. 违约责任</li> </ol>		
合同文本资料	详见附件《合同书 合同编号：内招(设备)20233035》		
医院法律 顾问意见	<p>同意签订。</p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">           签字：<u>王紫</u> 时间：2023年9月3日         </p>		

# 合同书

甲方：新乡医学院第一附属医院

合同编号：外招(设备)20233035

乙方：沃复实业（上海）有限公司

签约地点：新乡医学院第一附属医院

甲乙双方在新乡医学院第一附属医院消化超声小探头购置项目(豫财招标采购-2023-589)招标中，乙方中标项目为：富士牌 SP-900 型消化超声小探头 1 套。甲、乙双方根据招标文件和中标人的投标文件的内容，达成以下条款：合同总价款为：大写人民币玖拾伍万圆整（¥950000 元）。

## 一、设备质量要求：

乙方提供全新设备（包括零部件、附件、备品备件），设备必须满足中华人民共和国产品质量标准要求，且达到投标文件所规定的技术标准。

甲方对设备规格型号有异议的应在收货后 15 日内以书面形式向乙方提出。

二、合同履行的地点及工程进度：交货期 45 天，乙方要在甲方指定地点完成设备的安装调试。设备运输产生的费用由乙方负责。甲方应在设备到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

三、乙方在交付设备时应向甲方提供设备的使用说明书、合格证书及其他相关的资料。相关的资料包括计量产品交货时必须提供计量检验合格报告；进口产品交货时必须提供海关报关单及商检证明。

四、验收：乙方在所有设备安装调试、软件安装完毕后由甲方验收，如产生异议，甲乙双方协商解决，协商不成按法律程序解决。

五、人员培训：乙方免费对甲方人员进行技术培训。乙方负责对甲方使用科室及维修人员关于机器常见故障及解决方案进行培训，培训必须达到我方熟练掌握机器操作流程，能解决常见故障。

六、售后服务：自设备验收合格之日起，质保期为叁年，（具体售后事宜详见附件三）。

七、付款方式及期限：设备安装、试用正常，医院正式验收后，付总价款的 90%，即大写人民币捌拾伍万伍仟圆整（¥855000 元）；10%作为尾款，自验收合格之日起，质保期满后设备使用正常即支付，即大写人民币玖万伍仟圆整（¥95000 元）。（如招标现场有另外约定，按招标现场约定）

八、违约责任:

乙方未按期交付设备的,甲方有权终止合同。乙方应向甲方退还所有已支付货款并一次性赔付总货款的5%作为赔偿。如果甲方继续要求乙方继续供货,乙方从合同约定交货之日起按每日总货款的万分之二赔付,直至货到之日为止。

九、甲、乙双方应严格遵守招投标要求和投标人须知,如有违反,按招投标要求和投标人须知规定予以处理。

十、乙方投标文件中投标货物的参数须真实,不得造假,否则将按废标处理,甲方有权另选其他中标候选人或者重新启动招标程序,由此给甲方带来的损失由乙方全部承担,并追究由此产生的法律责任。



十一、因设备的质量问题发生争议,由法定的技术鉴定单位进行质量鉴定。经鉴定乙方所供设备存在质量问题的,乙方应承担责任,除向甲方支付合同总价款百分之二十违约金外,还应赔偿给甲方造成的全部损失。

十二、合同附件、招标文件及其修改、投标文件及其修改、澄清、补充协议、备忘录、承诺书均为本合同的组成部分,与合同正文具有同等法律效力。

十三、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律,因履行合同发生的争议,由甲乙双方直接协商解决,如协商不成应在甲方所在地卫辉市人民法院提起诉讼。

十四、本合同未尽事宜,甲乙双方可签订补充协议,与本合同具有同等法律效力。

十五、合同生效及其它:本合同经双方代表签字、加盖公章后生效。本合同一式肆份,甲方叁份,乙方壹份。

甲方: 新乡医学院第一附属医院	乙方: 沃复实业(上海)有限公司
地址: 卫辉市健康路88号	地址: 上海市杨浦区国京路51号7幢103室
委托代理人(签字): 	委托代理人(签字): 
电话: 0373-4402065	电话: 021-65103781

签约时间: 2017年12月15日

附件一：

参数与招标文件一致。

毕晓 2023.09.09

设备响应参数一览表

序号	招标文件章节及条款号	投标文件章节及条款号	偏离说明
1.	第五章采购需求 *一、整体要求：与科室现有富士品牌超声小探头兼容	四、（二）富士超声发生器 SP-900 与科室现有富士品牌超声小探头兼容	无偏离
2.	第五章采购需求 二、技术要求	四、（二）技术参数	无偏离
3.	第五章采购需求 一）、超声发生器：数量 1 台	四、（二）富士超声发生器 SP-900 数量 1 台	无偏离
4.	第五章采购需求 1、超声扫描模式：B 模式	四、（二）富士超声发生器 SP-900 超声扫描模式是 B 模式	无偏离
5.	第五章采购需求 2、扫描图像功能：具有连续扫描图像功能	四、（二）富士超声发生器 SP-900 具有连续扫描图像功能	无偏离
6.	第五章采购需求 3、图像显示：具有垂直于插入方向的图像显示	四、（二）富士超声发生器 SP-900 具有垂直于插入方向的图像显示	无偏离
7.	第五章采购需求 4、扫描方式：360° 机械环扫	四、（二）富士超声发生器 SP-900 扫描方式是 360° 机械环扫	无偏离
8.	第五章采购需求 5、频率范围：12-20MHz	四、（二）富士超声发生器 SP-900 频率范围是 12-20MHz	无偏离
9.	第五章采购需求 6、扫描范围：10mm、15mm、20mm、30mm、45mm、60mm	四、（二）富士超声发生器 SP-900 扫描范围 10mm、15mm、20mm、30mm、45mm、60mm	无偏离
10.	第五章采购需求 7、图像中心移动：具备	四、（二）富士超声发生器 SP-900 具备图像中心移动	无偏离
11.	第五章采购需求 8、带有图像镜像功能：可将超声图像进行左右翻转，适应不同操作习惯的医生使用	四、（二）富士超声发生器 SP-900 带有图像镜像功能，可将超声图像进行左右翻转，适应不同操作习惯的医生使用	无偏离
12.	第五章采购需求 9、图像旋转功能：具备	四、（二）富士超声发生器 SP-900 具备图像旋转功能	无偏离
13.	第五章采购需求 10、测量：①距离测量：可测量 4 处 2 点间的距离、②面积测量：	四、（二）富士超声发生器 SP-900①距离测量：可测量 4 处 2 点间的距离、②面积测量：	无偏离

2024.09.24

	最多可测两处面积、③周长测量： 最多可测两处周长	最多可测两处面积、③周长测 量：最多可测两处周长	
14.	第五章采购需求 11、增益调整：1-64db，增量 1db	四、（二）富士超声发生器 SP-900 增益调整是 1-64db，增 量 1db	无偏离
15.	第五章采购需求 12、STC 调整：STC 局部调整，每 10mm 为一分隔区域	四、（二）富士超声发生器 SP-900 具备 STC 局部调整， 每 10mm 为一分隔区域	无偏离
16.	第五章采购需求 13、动态范围 DR 1-8 级，增量 1	四、（二）富士超声发生器 SP-900 动态范围 DR 1-8 级， 增量 1	无偏离
17.	第五章采购需求 14、图像渐变 MAP：1-5 级，增量 1	四、（二）富士超声发生器 SP-900 具备图像渐变 MAP：1-5 级，增量 1	无偏离
18.	第五章采购需求 15、画中画功能 PinP：具备，可 随时进行内镜/超声/内镜+超声 的切换	四、（二）富士超声发生器 SP-900 具备画中画功能 PinP， 可随时进行内镜/超声/内镜+ 超声的切换	无偏离
19.	第五章采购需求 16、图像回放功能：具备实时回 放功能	四、（二）富士超声发生器 SP-900 具备实时回放功能	无偏离
20.	第五章采购需求 17、图像存储功能：具备	四、（二）富士超声发生器 SP-900 具备图像存储功能	无偏离
21.	第五章采购需求 18、视频输出信号：①DVI-D*2、 ②SVideo*1、③VGA (RGB-TV)*1、 ④视频复合信号*1	四、（二）富士超声发生器 SP-900 视频输出信号是① DVI-D*2、②SVideo*1、③VGA (RGB-TV)*1、④视频复合信 号*1	无偏离
22.	第五章采购需求 ▲19、图像输出：USB	四、（二）富士超声发生器 SP-900USB 图像输出	无偏离
23.	第五章采购需求 20、脚踏 FS1 可通过连接脚踏开 关同步截图、开启/冻结超声、存 储图像	四、（二）富士超声发生器 SP-900 脚踏 FS1 可通过连接脚 踏开关同步截图、开启/冻结超 声、存储图像	无偏离
24.	第五章采购需求 21、键盘：内置轨迹球的键盘	四、（二）富士超声发生器 SP-900 内置轨迹球的键盘	无偏离
25.	第五章采购需求 ▲22、患者信息保护功能：具备	四、（二）富士超声发生器 SP-900 具备患者信息保护功能	无偏离

2023.09.09


26.	第五章采购需求 ▲23、用户信息保护功能：具备	四、（二）富士超声发生器 SP-900 具备用户信息保护功能	无偏离
27.	第五章采购需求 24、探头兼容性：可兼容 12MHz、15MHz、20MHz 三种直视型探头	四、（二）富士超声发生器 SP-900 可兼容 12MHz、15MHz、20MHz 三种直视型探头	无偏离
28.	第五章采购需求 ▲25、兼容小肠镜探头，兼容 2 种长度探头：M 型标准探头 2120mm、L 型小肠探头 2620mm	四、（二）富士超声发生器 SP-900 兼容小肠镜探头，兼容 2 种长度探头，M 型标准探头 2120mm、L 型小肠探头 2620mm	无偏离
29.	第五章采购需求 ▲26、兼容支气管镜探头 PB2020-M，可插入活检孔道 ≤ 2.0mm 的内镜	四、（二）富士超声发生器 SP-900 兼容支气管镜探头 PB2020-M，可插入活检孔道 2.0mm 的内镜	无偏离
30.	第五章采购需求 27、独立的超声探头专用主机：独立的超声探头专用主机，与其他内镜下超声设备独立区分，不重复	四、（二）富士超声发生器 SP-900 具备独立的超声探头专用主机，与其他内镜下超声设备独立区分，不重复	无偏离
31.	第五章采购需求 28、宽幅变频功能：每根探头可宽幅变频 7.5-25MHz，充分满足临床诊疗需求	四、（二）富士超声发生器 SP-900 每根探头可宽幅变频 7.5-25MHz，充分满足临床诊疗需求	无偏离
32.	第五章采购需求 二）、高清内镜专用监视器：（1 台）	四、（二）NDS 高清内镜专用监视器 1 台	无偏离
33.	第五章采购需求 1、屏幕尺寸：≥21 寸	四、（二）屏幕尺寸 21 寸	无偏离
34.	第五章采购需求 三）、超声小探头系统专用仪器车：（1 台）	四、（二）富士内镜超声小探头系统专用仪器车 1 台	无偏离
35.	第五章采购需求 三、售后服务及其他：	四、（二）售后服务及其他：	无偏差
36.	第五章采购需求 *1、设备自验收合格之日起，原厂质保期 ≥ 3 年。	四、（二）设备自验收合格之日起，原厂质保期 3 年。	无偏差
37.	第五章采购需求 2、经销商（生产厂家）提供仪器报修电话服务；在接到正式通知	四、（二）我司（生产厂家）提供仪器报修电话服务；在接到正式通知后 0.5 小时内响	正偏差

2024. 2023. 9. 06

	后 2 小时内响应，24 小时内到达现场进行检修，解决问题时间不超过 48 小时。若不能在上述承诺的时间内解决问题，则在 3 个工作日内提供与原问题机器同品牌规格型号的全新仪器备机服务，直到原设备修复，期间产生的所有费用均有经销商或者生产厂家承担。原设备修复后的质保期限相应延长至新的保修期截止日，全新备机在使用期间的质保及售后均按上述承诺执行。	应，12 小时内到达现场进行检修，解决问题时间不超过 24 小时。若不能在上述承诺的时间内解决问题，则在 3 个工作日内提供与原问题机器同品牌规格型号的全新仪器备机服务，直到原设备修复，期间产生的所有费用均有我司或者生产厂家承担。原设备修复后的质保期限相应延长至新的保修期截止日，全新备机在使用期间的质保及售后均按上述承诺执行。	
38.	第五章采购需求 3、公司技术人员对所售仪器免费定期巡防，免费进行系统的维护、保养及升级服务，使仪器使用率达到最大化，每年内不少于 2 次上门保养服务。	四、（二）公司技术人员对所售仪器免费定期巡防，免费进行系统的维护、保养及升级服务，使仪器使用率达到最大化，每年内不少于 10 次上门保养服务。	正偏差
39.	第五章采购需求 4、保证保修期内开机率不低于 95%。	四、（二）保证保修期内开机率不低于 95%。	无偏差
40.	第五章采购需求 5、经销商（生产厂家）负责对医院使用科室及维修人员关于机器常见故障及解决方案进行培训，培训必须达到甲方能熟练掌握机器操作流程，能解决常见故障。	四、（二）我司（生产厂家）负责对医院使用科室及维修人员关于机器常见故障及解决方案进行培训，培训达到院方能熟练掌握机器操作流程，能解决常见故障。	无偏差
41.	第五章采购需求 *6、经销商（生产厂家）投标设备的耗材是河南省或者新乡市医用耗材中标产品。	四、（二）我司（生产厂家）投标设备的耗材是河南省或者新乡市医用耗材中标产品。	无偏差
42.	第五章采购需求 7、列出本次投标项目的配置清单	四、（二）已列出本次投标项目的配置清单	无偏差
43.	第五章采购需求 8、列出投标设备运行所需耗材及易损件价格；	四、（二）已列出投标设备运行所需耗材及易损件价格；	无偏差
44.	第五章采购需求	四、（二）已列出投标设备原	无偏差

2023. 9. 54

	9、列出投标设备原产地（国家）	产地（日本）	
45.	第五章采购需求 *10、产品为一年内生产的产品 （以交货期时间为准）	四、（二）产品为一年内生产的产品（以交货期时间为准）	无偏差
46.	第五章采购需求 *11、交货期≤90天。	四、（二）交货期：45天。	正偏差



限  
公

2019.09.04

### 配置清单

序号	产品/设备名称	品牌	型号	单位	数量
1	超声发生器	富士	SP-900	台	1
2	高清内镜专用监视器	NDS	21寸	台	1
3	超声小探头系统专用仪器车	富士	SP-900 专用台车	台	1



附件二:

设备报价一览表

序号	设备名称	品牌	规格型号	数量 (个)	总价 (元)
1	超声发生器	富士	SP-900	1	950000
2	高清内镜专用显示器	21 寸	NDS	1	
3	超声小探头专用仪器车	富士	SP-900 专用	1	

附件三：

## 售后服务承诺书

新乡医学院第一附属医院：

我公司提供的设备由我公司设在沃复实业(上海)有限公司服务部负责维修和保养，为明确责任，特作以下承诺：

- 1、自设备验收合格之日，质量保证期为3年期（36个月），质量保证期内免费维修和保养，免费更换因产品质量引起损坏的零部件。
- 2、质保期后，负责维修和保养，更换零配件按厂家提供的优惠承诺执行。
- 3、终身保养、定期回访。

沃复实业（上海）有限公司



附件四：

### 中标通知书扫描件

#### 政府采购中标通知书

沃复实业（上海）有限公司：

河南省信人工程造价咨询有限公司受新乡医学院第一附属医院委托，就新乡医学院第一附属医院消化超声小探头系统购置项目（采购项目编号：豫财招标采购-2023-589）采用公开招标方式进行采购，经规定采购程序，确定贵公司为本采购项目的中标人，中标金额为人民币玖拾伍万元整（950000元），中标项目内容详见《中标（成交）内容一览表》。

请贵公司接到本中标（成交）通知书后，于2023年9月16日前（依法定或招标文件约定时间），按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，特此通知。

中标（成交）内容一览表

单位：元

项目编号、合同包号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价
豫财招标采购-2023-589	消化超声小探头主机系统	富士	SP-900	1套	950000	950000
总价合计						950000
交货期	合同签订后45日历天内					
质保期	设备自验收合格之日起，原厂质保期3年					
交货地点	采购人指定地点					

联系人：赵慧慧

联系电话：0373-4402905

采购人：新乡医学院第一附属医院

## 附件五:

### 医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同

甲方（医疗卫生机构）：新乡医学院第一附属医院

乙方（医药生产经营企业及其代理人）：沃复实业（上海）有限公司

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《合同法》及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品。

二、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定黄文峰作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，甲方纪检监察部门（基层医疗卫生机构上报上级卫生计生行政部门）执一份，并从签订之日起生效。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）：

法定代表人（负责人）：

经办人签名：

经办人签名：

2017年5月25日