

## 销售合同

合同签订地：济源市人民医院

合同编号：20230712A

购买方（甲方）济源市人民医院

销售方（乙方）：河南怡新为医医疗科技有限公司

地址：济源市健康街 58 号

地址：郑州市高新技术产业开发区郁香路 37 号 13 号

楼 2 单元 9 层 901 室

电话：0391-6658700

联系人：张志远

联系电话：19937889456

开户行：郑州银行股份有限公司电厂路支行

开户账号：9991 5600 9920 0188 80

营业执照统一社会信用代码：91410100MA9KNKXB1A

甲乙双方就甲方向乙方购买以下产品协商一致订立本合同，以共同遵守。

第一条 产品的品牌、名称、型号、规格、数量、单位和价格：

产品名称	品牌型号	单位	单价（元）	数量	金额（元）
移动式 C 形臂 X 射线机	GE, OEC One CFD	台	1369000	1	1369000
总金额：人民币¥1369000		大写：壹佰叁拾陆万玖仟元整			
注：该金额为设备交钥匙价，含税金、运输、装卸、安装、调试、培训及其他设备正式验收交付使用前伴随发生的所有费用，本合同所有价款均以人民币进行结算。					

第二条 组成合同的文件包括：

- （1）本销售合同书；
- （2）规格和技术参数（法人或授权代表签字并盖章）；
- （3）产品配置清单；
- （4）招投标文件；
- （5）供应商承诺书

第三条 产品的交货期限、交货地点、安装、接货验收和保修服务：

交货期限为合同签订后的 15 个工作日 内；交货地点为 济源市人民医院；由 乙方 负责产品的安装和调试；由甲方指定医院主管医疗器械内部机构或者临床科室接货验收，验收后质保期内乙方对由于涉及工艺或材料缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担；该内部机构或者临床科室签章或者负责人签字即为甲方接货验收；甲方如果发现产品的品种、型号、规格和质量不符合合同和招标文件约定，甲方有权拒绝，由此引起的损失，由乙方承担。甲方在验收后三十天内未通知乙方的，视为产品符合合同约定；乙方应根据投标文件承诺期

限进行质保，免费保修期为 二年。自设备经甲乙双方共同验收合格次日算起，并提供终身维修服务<sub>和</sub>免费主机系统软件版本升级。若设备出现故障，乙方必须在收到甲方通知后，半小时内应答，在 24 小时内到现场进行维修；若无法修复，所造成的损失由乙方承担，若科室急需，乙方应免费提供备用机。维修周期超过 30 个工作日，由乙方按照原型机进行更换。乙方不能维修或调换的，按不能交货处理。

第四条 付款期限和方式：合同签完后预付 15%，同时成交供应商须向采购人提供与预付款同等金额的两年期保函，安装验收合格三个月后支付剩余的 85%。

#### 第五条 违约责任

- 1.甲方无正当理由拒收货物，致使不能按期支付货款的，甲方偿付货款总额 5‰的违约金。
- 2.乙方所交付货物品种、型号、规格、质量不符合标准和合同规定及招标文件不相符的，甲方有权拒收，并有权要求乙方向甲方偿付货物总价 20%的违约金，且甲方有权解除合同。
- 3.乙方逾期交付货物的，视为乙方拒绝履行合同，甲方可直接书面通知乙方解除合同。解除通知自甲方发出之日起生效。若由此给甲方造成损失的，乙方承担全部赔偿责任。
- 4.在乙方承诺的质保期内，如经乙方两次维修或更换，产品仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退还全部项目款；若由此导致甲方损失，乙方还应协议赔偿甲方。
- 5.因不可抗力导致违约的，遭受不可抗力乙方应及时向对方通报不能履约原因，经协商一致后可免于担责。

第六条 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均在甲方住所地法院提起诉讼。

第七条 本合同经双方法定代表人或授权代表签订盖章后生效；本合同正本一式伍份，甲方肆份，乙方壹份。

第八条 本合同未尽事宜双方友好协商，另行签订补充协议及附件与本合同具有同等法律效力。

购买方（甲方）：济源市人民医院

销售方（乙方）：河南怡新为医医疗科技有限公司

法定代表人或授权委托人签字：

法定代表人或授权委托人签字：

签约时间：2023 年 7 月 12 日

签约时间：2023 年 7 月 12 日

## 产品配置单

序号	配置及说明	数量
1	OEC One CFD (Ortho) OEC One CFD 移动式 C 形臂 X 射线机 (Ortho)	1
2	CMOS Detector CMOS 晶体硅平板探测器	1
3	4K high definition Touchable Monitor 4K 高清触控显示器	1
4	Digital Pen Feature 数字笔功能	1
5	Live Zoom Feature 零剂量动态放大功能	1
6	Digital Spot Feature 数字点片功能	1
7	Annotation Feature 图像标注功能	1
8	Measurement Feature 图像测量功能	1
9	Basic DICOM 基本 DICOM 功能	1
10	Integrated UPS Power 内置 UPS 断电保护系统	1
11	150,000 Image Storage 15 万幅图像存储	1
12	USB Image Storage Function USB 存储	1
13	Reboot-free transportability 无线待机转运	1
14	China Country Kit 区域系统套件 (中国)	1
15	Dual pedal footswitch with 10m cable and save button 10m 双脚踏曝光开关 (带存储键)	1

## 产品技术参数

序号	产品名称	描述
1	移动式 C 型臂 X 射线机	总体要求
1.1	移动式 C 型臂 X 射线机	设备配备内置 UPS 不间断电源系统
2	移动式 C 型臂 X 射线机	高压发生器
*2.1	移动式 C 型臂 X 射线机	最大输出功率：2.5KW
2.2	移动式 C 型臂 X 射线机	发生器频率：40kHz
2.3	移动式 C 型臂 X 射线机	透视最大 KV 值：110kV
2.4	移动式 C 型臂 X 射线机	透视最小 KV 值：40kV
2.5	移动式 C 型臂 X 射线机	透视最大 mA 值：25mA
3	移动式 C 型臂 X 射线机	球管系统
3.1	移动式 C 型臂 X 射线机	球管具备双焦点
3.2	移动式 C 型臂 X 射线机	小焦点：0.6mm
3.3	移动式 C 型臂 X 射线机	大焦点：1.4mm
3.4	移动式 C 型臂 X 射线机	管套散热率：12.5KHU/min
*3.5	移动式 C 型臂 X 射线机	阳极热容量：76KHU
3.6	移动式 C 型臂 X 射线机	阳极散热率：37KHU/min(440W)
4	移动式 C 型臂 X 射线机	平板探测器
4.1	移动式 C 型臂 X 射线机	具备 CMOS 晶体硅材质平板探测器
4.2	移动式 C 型臂 X 射线机	探测器尺寸：21cmx21cm
4.3	移动式 C 型臂 X 射线机	图像采集最大像素矩阵：1.5kx1.5k
4.4	移动式 C 型臂 X 射线机	系统最大分辨率(监视器端)：3.7lp/mm
4.5	移动式 C 型臂 X 射线机	平板探测器像素尺寸：135.3um

4.6	移动式 C 型臂 X 射线机	图像后处理灰阶： 32bit
5	移动式 C 型臂 X 射线机	显示器
*5.1	移动式 C 型臂 X 射线机	原厂工作站显示器单屏尺寸： 27 英寸
5.2	移动式 C 型臂 X 射线机	显示器最高分辨率： 3840x2160
5.3	移动式 C 型臂 X 射线机	原厂工作站显示器可垂直升降距离： 40cm
5.4	移动式 C 型臂 X 射线机	显示器灰阶： 10 bit
5.5	移动式 C 型臂 X 射线机	显示器多轴位万向臂支架： 5 轴
6	移动式 C 型臂 X 射线机	系统控制
6.1	移动式 C 型臂 X 射线机	提供中文系统控制界面
6.2	移动式 C 型臂 X 射线机	C 臂台车和工作站一体化系统集成
6.3	移动式 C 型臂 X 射线机	提供手闸，脚闸曝光控制
6.4	移动式 C 型臂 X 射线机	控制界面具备 PAD 液晶触摸屏
6.5	移动式 C 型臂 X 射线机	PAD 液晶触摸屏支臂可水平旋转角度： 270°
6.6	移动式 C 型臂 X 射线机	PAD 触控屏大小： 10.1 英寸
6.7	移动式 C 型臂 X 射线机	控制界面最高分辨率： 1280×800
7	移动式 C 型臂 X 射线机	C 形臂
7.1	移动式 C 型臂 X 射线机	源像距 SID： 100cm
7.2	移动式 C 型臂 X 射线机	开 口： 78cm
7.3	移动式 C 型臂 X 射线机	弧深： 66cm
7.4	移动式 C 型臂 X 射线机	水平移动： 20cm
7.5	移动式 C 型臂 X 射线机	电动垂直升降： 45cm
7.6	移动式 C 型臂 X 射线机	左右摆角： ±12.5°
7.7	移动式 C 型臂 X 射线机	C 臂旋转角度： ±205°
7.8	移动式 C 型臂 X 射线机	C 臂轨道内运动角度： 150°

7.9	移动式 C 型臂 X 射线机	C 臂轨道内过伸角度：55°
7.10	移动式 C 型臂 X 射线机	C 臂最低水平位投照高度：102cm
8	移动式 C 型臂 X 射线机	图像处理功能与其它
8.1	移动式 C 型臂 X 射线机	具备患者信息编辑功能
8.2	移动式 C 型臂 X 射线机	具备动态图像放大功能
8.3	移动式 C 型臂 X 射线机	具备数字笔屏幕手写规划功能
8.4	移动式 C 型臂 X 射线机	具备金属修正功能
8.5	移动式 C 型臂 X 射线机	具备自动亮度对比度调整
8.6	移动式 C 型臂 X 射线机	具备去除运动噪点与伪影功能
8.7	移动式 C 型臂 X 射线机	具备负片功能
8.8	移动式 C 型臂 X 射线机	具备不插电待机转运功能：5 分钟
8.9	移动式 C 型臂 X 射线机	具备 USB 导出功能
8.10	移动式 C 型臂 X 射线机	原厂工作站图像存储：15 万幅
8.11	移动式 C 型臂 X 射线机	具备开放 DICOM 功能

## 投标人承诺函

济源市人民医院：

我 贾火成 系 河南怡新为医医疗科技有限公司 的法定代表人，现代表我及公司对参与贵院的 济源市人民医院手术室 C 形臂采购项目 作如下承诺：

- 1、保证我方参与投标所提供的资料全部真实有效，如有虚假资料情况，我公司将主动放弃中标权利，并承担由此给业主造成的法律责任及经济损失。如已签订采购合同，业主有权随时单方面提出解除合同，且不做任何经济补偿、赔偿。
- 2、如我方中标，我们保证中标产品符合贵院的使用要求，并承诺若出现开箱验收以及使用后发现不符合贵院使用要求的，将承担相应法律责任并无条件接受退货且不需要进行任何经济补偿、赔偿。
- 3、如我方中标，我方保证严格按照招标文件、投标文件等资料、附件内容履行相关义务，否则我方愿承担经济赔偿等相应的法律责任。

投标人全称：（加盖公章）河南怡新为医医疗科技有限公司

法定代表人：（签字或盖章）

2023 年 07 月 12 日