

## 采购进口产品专家论证意见

|                                                                                                                                                                        |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 一、基本情况                                                                                                                                                                 |                |
| 申请单位                                                                                                                                                                   | 安阳市眼科医院        |
| 拟采购产品名称                                                                                                                                                                | 超乳机            |
| 拟采购产品金额                                                                                                                                                                | 126 万元         |
| 采购项目所属项目名称                                                                                                                                                             | 安阳市眼科医院超乳机采购项目 |
| 采购项目所属项目金额                                                                                                                                                             | 126万元          |
| 二、申请理由                                                                                                                                                                 |                |
| <input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：                                                                                                                                  |                |
| <input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：                                                                                                                              |                |
| <input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。                                                                                                                             |                |
| <b>原因阐述：</b><br><p>眼科医院做为专科医院，手术量大，设备连续工作时间长，对设备的稳定性，安全性要求较高，目前国产设备处于刚起步阶段，工作效率低，难以满足大批量及疑难白内障手术需求。</p>                                                                |                |
| <b>三、专家论证意见：</b><br><p>1. 查询相关资料 国产超乳机无助力超声乳化功能。</p> <p>2. 国产设备玻璃体切割速率无法达到要求等。</p> <p>3. 建议采购进口设备(进口)以满足工作需求。</p>                                                      |                |
| <b>专家签字：</b>  <div style="float: right; text-align: right;"> 2025 年 5 月 28 日 </div> |                |