

超乳机技术参数

1、具备超声乳化、灌注抽吸、前节玻切等功能，用于眼科白内障手术
2、超声能量：振动频率 $\geq 40\text{kHz}$ 。
★3、扭动超声乳化模式 超声振动方向为左右侧向，振动频率为 32kHz 超声能量线性/固定/连续/个性化输出
4、能量释放模式：连续、爆破、脉冲；冲程（振幅） $\geq 120\text{ }\mu\text{m}$ 。
5、泵系统：蠕动泵。
6、负压可调节范围 $\geq 0-650\text{mmHg}$ 。
7、抽吸速率最大可调至 60cc/min 。
8、气动式玻璃体切割。
9、玻璃体切割速率 ≥ 4000 次/秒。
10、配备前部玻切头。
11、脚踏：单线性脚踏控制；可根据需要进行编程，可以利用脚踏控制多项功能（回吐、连续灌注、灌注液瓶升降、手术步骤改变等）。
12、可选配多种超乳针头：常规，喇叭口型，带侧孔型，弯型等。
13、具备 2 个以上超乳手柄接口，配备超声乳化手柄 3 把、注吸手柄 3 把。
14、显示屏：触摸屏 ≥ 15 英寸。