


## 采购进口产品专家论证意见

|                                                                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 一、基本情况                                                                                                       |                |
| 申请单位                                                                                                         | 安阳市眼科医院        |
| 拟采购产品名称                                                                                                      | 超乳机            |
| 拟采购产品金额                                                                                                      | 126 万元         |
| 采购项目所属项目名称                                                                                                   | 安阳市眼科医院超乳机采购项目 |
| 采购项目所属项目金额                                                                                                   | 126万元          |
| 二、申请理由                                                                                                       |                |
| <input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：                                                                        |                |
| <input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：                                                                    |                |
| <input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。                                                                   |                |
| 原因阐述：<br>眼科医院做为专科医院，手术量大，设备连续工作时间长，对设备的稳定性，安全性要求较高，目前国产设备处于刚起步阶段，工作效率低，难以满足大批量及疑难白内障手术需求。                    |                |
| 三、专家论证意见：<br>一、国产设备无扭动乳化模式。<br>二、国产设备玻璃体切割速率 $\leq 1200$ 次/秒，达不到工作要求的 $\geq 4000$ 次/秒。<br>三、该产品不在国家限制进口设备目录。 |                |
| 专家签字：<br> 2025年5月28日      |                |