

单一来源采购专家论证意见表

时间:2025年 7 月 22 日

采购单位	郑州大学第五附属医院
项目名称	郑州大学第五附属医院体部伽玛刀更换钴60放射源采购项目
项目金额	人民币360.00万元
专家论证意见	1.该项目所需伽玛刀钴60放射源。由于该项目存在专利技术壁垒、基址软件、下机软件、对应的TPS系统、投靶系统、源代码等第二方无法获取，更换放射源需要特殊的资质，和相应的专业工具，目前只有《郑州大学伽玛刀科技有限公司》拥有该设备的核心技术。 2.该项目在河南省政府采购网上，发布两次公告，只有《郑州大学伽玛刀科技有限公司》一家应答。为保障设备的正常运行，同意采用单一来源方式采购。 专家姓名: 李亚娟 工作单位: 郑大二附院 职称: 高级